

ME.2313-1/2017

**DO WSZYSTKICH  
OFERENTÓW**

Dotyczy: Zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: "Systematyczna dostawa pieluchomajtek dla dorosłych do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim"

W odpowiedzi na pytania Oferenta odnośnie zapytania ofertowego w postępowaniu: „Systematyczna dostawa pieluchomajtek dla dorosłych do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim” Zamawiający informuje, co następuje.

**Pytanie 1:**

*Dotyczy Poz. 1 Załącznika Nr 2 Wykazu ilościowego (Formularza cenowego) tj.:*

*„Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL obwód minimum 130-170 cm z problemem nietrzymania – posiadające barierki zabezpieczające na całej długości, zawierające superabsorbent, z bokami z materiałów oddychających, bez lateksu i nie wybielane chlorem. Dobrze dopasowane dzięki anatomicznemu kształtowi, posiadające odpowiednie atesty ISO w języku polskim potwierdzające chłonność pieluchomajtek nie niższą niż 3400g”.*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie 110-170 cm?

**Odpowiedź Ad.1:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym do niniejszego postępowania wymaga obwodu pieluchomajtek minimum 130-170 cm (dla rozmiaru XL).

**Pytanie 2:**

*Dotyczy Poz. 1 Załącznika Nr 2 Wykazu ilościowego (Formularza cenowego) tj.:*

*„Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL obwód minimum 130-170 cm z problemem nietrzymania – posiadające barierki zabezpieczające na całej długości, zawierające superabsorbent, z bokami z materiałów oddychających, bez lateksu i nie wybielane chlorem. Dobrze dopasowane dzięki*

*anatomicznemu kształtowi, posiadające odpowiednie atesty ISO w języku polskim potwierdzające chłonność pieluchomajtek nie niższą niż 3400g”.*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o chłonności min. 3200 ml?

**Odpowiedź Ad.2:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym do niniejszego postępowania wymaga chłonności pieluchomajtek nie niższej niż 3400g (dla rozmiaru XL).

**Pytanie 3:**

*Dotyczy Poz. 2 Załącznika Nr 2 Wykazu ilościowego (Formularza cenowego) tj.:*

*„Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L obwód minimum 100-150 cm z problemem nietrzymania – posiadające bariery zabezpieczające na całej długości, zawierające superabsorbent, z bokami z materiałów oddychających, bez lateksu i nie wybielane chlorem. Dobrze dopasowane dzięki anatomicznemu kształtowi, posiadające odpowiednie atesty ISO w języku polskim potwierdzające chłonność pieluchomajtek nie niższą niż 3000g”.*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o chłonności min. 2900 ml?

**Odpowiedź Ad.3:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym do niniejszego postępowania wymaga chłonności pieluchomajtek nie niższej niż 3000g (dla rozmiaru L).

**Pytanie 4:**

*Dotyczy Poz. 3 Załącznika Nr 2 Wykazu ilościowego (Formularza cenowego) tj.:*

*„Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M obwód minimum 75-110 cm z problemem nietrzymania – posiadające bariery zabezpieczające na całej długości, zawierające superabsorbent, z bokami z materiałów oddychających, bez lateksu i nie wybielane chlorem. Dobrze dopasowane dzięki anatomicznemu kształtowi, posiadające odpowiednie atesty ISO w języku polskim potwierdzające chłonność pieluchomajtek nie niższą niż 2800g”.*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie 70-110 cm?

**Odpowiedź Ad.4:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym do niniejszego postępowania wymaga obwodu pieluchomajtek minimum 75-110 cm (dla rozmiaru M).

**Pytanie 5:**

*Dotyczy Poz. 3 Załącznika Nr 2 Wykazu ilościowego (Formularza cenowego) tj.:*

*„Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M obwód minimum 75-110 cm z problemem nietrzymania – posiadające bariery zabezpieczające na całej długości, zawierające superabsorbent, z bokami z materiałów oddychających, bez lateksu i nie wybielane chlorem. Dobrze dopasowane dzięki anatomicznemu kształtowi, posiadające odpowiednie atesty ISO w języku polskim potwierdzające chłonność pieluchomajtek nie niższą niż 2800g”.*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o chłonności min. 2500 ml?

**Odpowiedź Ad.5:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym do niniejszego postępowania wymaga chłonności pieluchomajtek nie niższej niż 2800g (dla rozmiaru M).

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do ofert jawnych Protokołów ISO 11948 Rothwell na potwierdzenie rzeczywistej chłonności zaoferowanych pieluchomajtek?

**Odpowiedź Ad.6:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym do niniejszego postępowania wymaga dołączenia do oferty odpowiednich atestów ISO w języku polskim potwierdzających chłonność zaoferowanych pieluchomajtek.

**DYREKTOR**

*VB*  
mgr Violetta Bielawska